

Bibby-Scharlau Italia S.r.l. unipersonale

Via Alcide De Gasperi n. 56
20070 Riozzo di Cerro al Lambro (MI)

Tel: +39 0298230679 r.a. - +39 0298236266

Fax: +39 0298230211 - +39 0298119288

www.bibby-scharlau.it

pec: bibby-scharlau@legalmail.it

Capitale sociale Euro 1.200.000 int. vers.

R.E.A. MI 1317950

Reg. Impr. MI 7461

Partita IVA N. V.A.T. C.E.E. IT 09802470154

PREVENTIVO DI RIPARAZIONE

Mod. 7.5-03 - Rev. 6 del 08/04/13

N 57 DEL 19/07/2013

Intervento verrà eseguito presso:

LABORATORIO BIBBY-SCHARLAU ITALIA

CLIENTE

SEDE ALTERNATIVA

DATI CLIENTE

ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE	Rif. Cliente: Istituto Neuroscienze
ISTITUTO NEUROSCIENZE	Modello: FRU2D
Via Vanvitelli 32	Matricola 59207-9GN
20129 Milano	Dati Documento di Vendita: FUORI GARANZIA

DESCRIZIONE INTERVENTO

SMONTAGGIO RICERCA GUASTI, PULIZIA GENERALE, RIPARAZIONE SCHEDA ELETTRONICA, PROVE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO E COLLAUDO FINALE, TEST DI SICUREZZA

COMPONENTI SOSTITUITI - CONSUNTIVO DI SPESA

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	TEST SICUREZZA EN 61010	1	€ 50,00
		1	€
			€
Totale parti di ricambio			€ 50,00

MANODOPERA	N.ORE 3	PREZZO	€ 240,00
-------------------	----------------	---------------	-----------------

TRASPORTO PORTO ASSEGNATO	PREZZO	€ 20,00
----------------------------------	---------------	----------------

IL TOTALE PER LA RIPARAZIONE I E' PARI A (IVA ESCLUSA) : € 310,00 PER ULTERIORI INFORMAZIONI SONO A VS. COMPLETA DISPOSIZIONE. LA GARANZIA SULLA RIPARAZIONE EFFETTUATA E' PARI A 3 MESI

I PEZZI SOSTITUITI, SE NON DIVERSAMENTE RICHIESTO DAL CLIENTE, NON VENGONO RESI.

VALIDITA' PREVENTIVO 30 GIORNI DALLA DATA DI EMISSIONE.

DECORSO TALE TERMINE LO STRUMENTO VI VERRA' RICONSEGNA TO PRIVO DI RIPARAZIONE E VI VERRANNO ADDEBITATI € 50,00 PER RICERCA GUASTO + SPESE DI TRASPORTO.

DATA 19/07/2013

FIRMA TECNICO

IL CLIENTE PER ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA

Riservato al Ns. Ufficio Tecnico



Organizzazione con Sistema di Gestione per la Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008

Registrazione No 0312850

"Società soggetta al controllo e coordinamento della Scharlau Science Group SL"



The wise choice