

PREVENTIVO DI RIPARAZIONE	Mod. 7.5-03 - Rev. 7 del 02/01/14
---------------------------	-----------------------------------

N 43 DEL 08/07/2014

Intervento verrà eseguito presso:

- LABORATORIO SCHARLAB  
 CLIENTE  
 SEDE ALTERNATIVA

**DATI CLIENTE**

CNR - Istituto di Neuroscienze (Lab. Carlo Sala) Via Vanvitelli, 32 20129 Milano (MI)	Rif. Cliente: CNR - Istituto di Neuroscienze (Lab. Carlo Sala) Modello: Macchina del ghiaccio GB 902 A
	Matricola 2011040530651
	Dati Documento di Vendita: Fuori Garanzia

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

Individuazione Guasto, sostituzione parti guaste, ricarica compressore controllo funzionalità e collaudo finale

**COMPONENTI SOSTITUITI - CONSUNTIVO DI SPESA**

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO
	Galleggiante doppio micro		€ 54,00
	Tubo di carico		€ 10,00
	Ricarica gas R404A		€ 60,00
	SPESE SOPRALUOGO del 4/7/2014		€ 50,00

<b>MANODOPERA</b>	<b>N.ORE</b> 1	<b>PREZZO</b> € 80
-------------------	----------------	--------------------

<b>Spese di uscita</b>	<b>PREZZO</b> € 80
------------------------	--------------------

**IL TOTALE PER LA RIPARAZIONE E' PARI A (IVA ESCLUSA) : € 334,00 PER ULTERIORI INFORMAZIONI SONO A VS. COMPLETA DISPOSIZIONE. LA GARANZIA SULLA RIPARAZIONE EFFETTUATA E' PARI A MESI 1**

**I PEZZI SOSTITUITI, SE NON DIVERSAMENTE RICHIESTO DAL CLIENTE, NON VENGONO RESI.**

**VALIDITA' PREVENTIVO 30 GIORNI DALLA DATA DI EMISSIONE.**

**DECORSO TALE TERMINE LO STRUMENTO VI VERRA' RICONSEGNA TO PRIVO DI RIPARAZIONE E VI VERRANNO ADDEBITATI € 50,00 PER RICERCA GUASTO + SPESE DI TRASPORTO.**

DATA 08/07/ 2014

FIRMA TECNICO

IL CLIENTE PER ACCETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA

<input type="checkbox"/>	Riservato al Ns. Ufficio Tecnico	<input type="checkbox"/>
--------------------------	----------------------------------	--------------------------