

San Giuliano Mil 12 Marzo 2018

Spett.le
CNR Istituto di Neuroscienze
Via Vanvitelli, 32 20129 Milano

C/A Dr.a Laura Zanbusi

Preventivo n.2418 Riparazione/Manutenzione Dialux 20 EB

come da mio sopra luogo del 06 Marzo 2018 confermo il problema di messa a fuoco asse Z che è causato da un'usura della cremagliera. Inoltre il microscopio necessita di una manutenzione ottica e meccanica

Gruppo gremagliera	€ 137,00
Ore di lavoro per riparazione/manutenzione ore 4	€ 440,00
Ritiro e consegna microscopio area Milano	€ 110,00

Tutto quanto non esplicitamente citato e descritto nella presente offerta è da ritenersi escluso dalla fornitura

Condizioni fornitura:

Prezzi	Comprensivo di ogni onere ad eccezione dell'IVA che rimane a Vs carico
Condizioni di pagamento:	Bonifico bancario 60 gg d.f.
Minimo d'ordine:	
Imballo:	
Installazione	Inclusa
Validità offerta:	90 giorni

O.S.T.I S.a.s
Osti Adriano