

Preventivo N.

PR24000091

del 25/01/2024

Vostro Riferimento

CO2502FMK1120

Spett.le :

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Piazzale Aldo Moro, 7

00185 ROMA

(RM)

C.F. 80054330586

P.IVA 02118311006

Destinatario offerta :

CNR IN MI UNIVERSITA' DI MILANO BICOCCA EDIFICIO U28

VIA RAOUL FOLLEREAU 3

VEDANO AL LAMBRO

(MB)

Condizioni di Pagamento : Bonifico a 30gg. f.m.

## NOTE

PREVENTIVO FATTO SU RICHIESTA DEL CLIENTE LUCA MURRU SU RIT A CONSUNTIVO N. 2024000342 AUTORIZZATO DA LUI

(HANNO CHIESTO PRIMA INTERVENTO E DOPO PREVENTIVO PER EMETTERE ORDINE)

## Apparecchiature e Guasti

Apprecchiatura:                      Seriale :                      Modello:                      Costruttore :                      - Inventario :

Congelatore serie AF70B sp 80mm 700li                      CO2502FMK1120                      FRAF70B-P                      FRIMED                      ND

Descrizione problema -                      Sostituzione motore condensatore 10W

Tipo di Intervento	<b>FAT</b>	Intervento da fatturare
Attività	<b>RIP</b>	Riparazione
Natura del guasto	<b>ELE</b>	Elettrico Elettronico
Causa	<b>ROT</b>	Rottura componente

## LAVORI DA ESEGUIRE

## RICAMBI DA UTILIZZARE

Codice	Descrizione	Quantità	Valore Unitario	Valore Totale	Reintegro	Cod.Bio
A191010	MOTORE VENT 10W PENTAVALENTE	1,00	51,00	51,00		
				Totale Ricambi	51,00	Sc.% 0 Netto = 51,00

## SERVIZI DA UTILIZZARE

Codice Servizio	Descrizione	Quantità	Valore Unitario	Valore Totale	Data	
BC-AH-H3	Tariffa oraria media tecnologia	2,00	100,00	200,00	01/01/1900	
BC-AH-Z1	Trasferta ZONA 1	1,00	200,00	200,00	01/01/1900	
				Totale Servizi	400,00	Sc.% 0 Netto = 400,00

Materiale di consumo	Quantità	Valore Unitario	Valore Totale	Totale Fornitura € (iva esclusa)
	0,00	0,00	0,00	<b>451,00</b>

Nome Tecnico      Cosimo                      Nigro                      Codice      CT000

Firma Tecnico



Nominativo Referente :

MURRU LUCA

Mail Referente :

luca.murru@in.cnr.it

Eventuale materiale ed ore extra necessarie alla risoluzione del problema verranno consuntivate a parte a termine intervento

Inviare conferma di accettazione a : assistenza@bioclimaservice.com

Nell' attesa di un vostro cortese riscontro, vogliate nel frattempo gradire i nostri Distinti Saluti