

Spet.le
CNR Institute of Neuroscience, c/o Bldg
U28, University Milano Bicocca
Via Raoul Follereau 3
20854 Vedano al Lambro

06 Agosto 2024

Att.ne Dr.a Colombo Sara

OGGETTO: Offerta n 6024 Riparazione microscopio e centrifuga Hermle

Alimentatore C-SHG Nikon. Non si accende la lampada a luce trasmessa € 680,00

Riscontrato il non funzionamento dell'alimentatore interno., Sostituzione/riparazione alimentatore, Ore di lavoro, ritiro e consegna del microscopio

Centrifuga Hermle

Riparazione mod Z383K. Problemi di apertura lid lock € 1280,00

Riscontrato malfunzionamento del sistema di apertura automatico LID

CONDIZIONI DI FORNITURA

Condizioni di pagamento

Tempi di consegna

Prezzi:

Validità offerta:

Consegna

Bonifico Bancario 30 gg d.f.

30gg DO

In Euro , I.V.A esclusa

30-11-2023

Inclusa

O.S.T.I Sas