



Rapporto di assistenza tecnica / Technical Support Report

Strumento/Instrument Microscopi Ottico Nikon Eclipse			Cliente/Customer CNR Milano Istituto di Neuroscienze Via Vanvitelli 31 20129 Milano Prof.a Maura Francolini			Chiamata/Call 30 Maggio 2018
Numero di Serie/Serial Number						Inizio/Start 30 Maggio 2018
Nr. Rep./Rep# 4718	Uff./Office MI	Z.V./T.Z. 1	Fattura/invoice			Fine/End 04 Giugno 2018
Addebito/Debit Pagamento		Nr° Cliente/Customer	Nr° Contratto/Contract	Div./Div. Mic	Addeb./Ch. P	Tipo/Type. Time
Metodica/Method:		Software version:		Firmware version:		
Guasto/Failure Manutenzione ordinaria Nikon Eclipse. Cattiva visone telecamera. Allineamento lampada HBO Zeiss Axiovert 200						
Diagnosi/Diagnosis Eseguita manutenzione ordinaria al microscopio Nikon Eclipse. Smontaggio completo percorso ottico porta telecamera del trioculare con pulizia dei prismi interni. Sostituzione passo C Telecamera Zeiss Axiovert riscontrato collettore porta lampada bloccato e specchio riflettente non regolabile. Smontaggio porta lampada e ripristinate regolazioni collettore e specchio. Centratrice lampada e prove funzionali						
N° parte/Part number	Q.tà/Q.ty	Descrizione/Description	Kit/Source Reorder	Unit Price	Total Price	
OATP231255	1	Passo C Nikon 0,55	MIC	€ 327,00		
Tecnico A Engineer A Osti Adriano	Ore lavorate Worked hours 2 + 2	Ore Viaggio Travel hours 1+1	Manodopera Labou		€ 440,00	
Tecnico B Engineer B	Ore lavorate Worked hours	Ore Viaggio Travel hours	Ricambi Spare Parts		€ 327,00	
N° Ordine/Order nr.	del/of		Viaggio Travel		€ 115,00	
Firma Rappresentante O.s.t.i. s.a.s Representative Signature 	Firma Cliente Customer Signature 		IMPONIBILE/TAXABLE I.V.A./V.A.T. COSTO TOTALE/TOTAL COST			